

P16-1-2-001

289(配制)

φ1499.526×0.813

卷在P16-1-3-1“骨架”上后用环氧树脂
胶粘接

δ0.813

技术要求

- 1.提供材质证明书。
- 2.两端圆角与骨架配制。
- 3.制造安装要求按《超导线圈绕制操作工艺说明书》规定。

借(通)用件登记											哈尔滨工业大学		
旧底图总号											低温与超导技术研究所		
底图总号							G10				MICE-CC		
	标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日							
签 字	设计			标准化			版本号		重量	比例	线圈内环绝缘板1		
	校对			审定			02						1:10
日 期	审核												
	工艺			批准			共 张 第 张				P16-1-2-001		